Syntropiq
Braunerova 563/7
180 00 Prague
Czech Republic
phone 00420 770 147 127
www.syntropiq.com

CE 2274

ENGLISH

IMPORTANT INFORMATION FOR IMPLANTS FROM THE SYNTROPIQ INTERNAL STABILIZATION SYSTEM

The Dynam'X System implants are devices whose primary functions are to add a solid structure to a graft so as to enable the stabilization of intervertebral height, after discectomy, during the time of graft setting and achieve a maximum surface of fusion. Various models and sizes of implants are available in order to adopt to the surgical approach, operating level(s) and to the pathology and individual patient anatomy. In addition, so as to favor bone growth, the Dynam'X System Cage should be filled with bone graft.

INTENDED USE AND PATIENTS POPULATIONS

Dynam'X System is indicated for intervertebral body fusion procedures in skeletally mature patients which have had six months of non-operative therapy. Final decision of the application of the Dynam'X System should be always taken by experienced surgeons with extensive knowledge about spinal surgey. The intended use is to recreate the intervertebral disc high and give structural support for loading forces during the healing process and support fusion process. The Dynam'X Cages are complementary implants to posterior or anterior or lateral fixation systems and should NOT be used as standalone.

DESCRIPTION

The Dynam'X System is designed for spinal arthrodesis. It consists of the cages in variable sizes and shapes. The main design of the whole family based on the same concept:

- titanium solid frame which holds and transfer all forces occurring in human spine during patients activities.
- multispiked titanium net for direct contact between implant and vertebra endplates to involve biomechanics of bone fusion based on Wolf's Law.

System recognizes following models of interbody devices with intended application approach and spine levels:

1. Model Aries and related instruments set for distraction, discectomy, sizing, graft packing and insertion of the Aries device during Anterior Cervical Disectomy and Fusion procedure (ACDF), in following versions: 10 Flat, 11 Anatomic, 12 Flat Hollowed, 13 Anatomic Hollowed, 30 Flat Trabecular, 31 Anatomic Trabecular
2. Model Perseus and related instruments set for distraction, discectomy, sizing, graft packing and insertion of the Perseus device during Posterior Lumbar Interbody Fusion procedure (PLIF) in following versions: 20 Anatomic, 24 Hollowed, 40 Trabecular
3. Model Taurus and related instruments set for distraction, discectomy, sizing, graft packing and insertion of the Taurus device during Transforaminal Lumbar Interbody Fusion procedure (TLIF) in following versions: 21 Anatomic, 25 Hollowed, 41 Trabecular
4. Model Andromeda and related instruments set for distraction, discectomy, sizing, graft packing and insertion of the Andromeda device during Anterior Lumbar Interbody Fusion procedure (ALIF) in following versions: 22 Anatomic, 26 Hollowed, 42 Trabecular
5. Model Ursus and related instruments set for distraction, discectomy, sizing, graft packing and insertion of the Ursus device during Unilateral Lumbar Interbody Fusion procedure (ULIF) in following versions: 23 Anatomic, 27 Hollowed, 43 Trabecular

Model selection depends on physician decision about the way how to approach the treatment of the spinal disorder. The composition of implants may be vary depends on anatomical conditions and physician decision. Products Brochures and Surgical Techniques should be read and analyzed before select suitable implants (including correct size and model), and its accesories in order to obtain safe combination.

Dynam'X System components must NOT be used with direct contact to any other spinal systems or any other fixation systems. Do NOT never mix titanium implant and stainless steel implant in the same construct. Any application of any components from Dynam'X System together with any other systems or other manufactures releases Syntropiq for any liabilities.

All components of Dynam'X System should be never reused under any circumstances.

MATERIALS

The entire system is be made out of medical grade titanium or titanium alloy Ti-6Al-4V ELI described by ISO 5832-3 or ASTM F3001-14 or ASTM F136-13 standards. Syntropiq sorely warrants that all devices are manufacture from one of the foregoing material specifications. No other warranties, express or implied, are made. Please see the Syntropiq product brochure for further information.

INDICATIONS

Dynam'X System is intended for intervertebral body fusion in cervical, thoracic and lumbar spine for the following indications:

1. Degenerative disc disease.
2. Spinal stenosis.
3. Spondylolisthesis.
4. Revision surgery for failed disc surgery or progressive degenerative discopathies.
5. Spinal disc or nerve compression.
6. Pseudoarthrosis.
7. Instability of motion segments.

CONTRAINDICATIONS

Contraindications include, but are not limited to:

1. Risk of infection or infection in progress, or fever or inflammation.
2. Obesity.
3. Pregnancy.
4. Mental illness.
5. Allergy on any chemical components (specially aluminium, titanium, vanadium).
6. Any anatomical, medical or surgical conditions witch may preclude potential or intentional benefits of spinal implants application.
7. Bone, joints or ligaments conditions such but not limited as: osteopenia, bone absorption, osteomalacia. Osteoporosis is relative contraindications an must be carefully evaluated prior surgery.
8. Implants size, shape or anchorage functionality might be not enough to achieve expected clinical results.
9. Mixing of implants with other manufacturers or with other fixation systems.
10. Potential risk of unexpected patients anatomy destruction, interference with neurological, functional or other deficits.
11. Any risk of patient's unwillingness to follow postoperative instructions.
12. Any other not described in indications.

POTENTIAL ADVERSE EVENTS

Possible advere events which might occur after spinal surgery with or without instrumentation include, but are not limited to:

1. Disassembly, bending, and/or breakage of any or all of the system components.
2. Migrations any of system components.
3. Pressure on the skin from component parts in patients with inadequate tissue coverage.
4. Tissue or nerve damage caused by improper positioning and placement of implants or instruments.
5. Dura leakage, distortion or damage.
6. Neurologic dysfunctions and/or physiological dysfunctions like parenthesia, radiculopathy, paralysis, hyperthesia, or any others related to general surgery associated to anaesthesia.
7. Infections.
8. Loss of urinary functions.
9. Permanent or temporary or developing sexual dysfunctions.
10. Postoperative change of body curvature, change of physiological range of movement.
11. Pseudoarthrosis or non-fusion or delayed fusion.
12. Bone loss or overgrowth, or any other bone malformations.
13. Permanent or temporary limitation or inability to perform daily activities.
14. Changing in mental behaviour.
15. Permanent or temporary or developing respiratory problems.
16. Permanent or temporary or developing cardiovascular deteriorations or dysfunctions.
17. Death.

In some of cases additional surgery or surgeries might be necessary to correct or change potential adverse events.

WARNINGS

The effectiveness and safety of interbody fixation is only applicable for certain conditions with significant instability which require the fusion supported by medical device. The device might be supportive for such mechanical instability like deformity, fracture, listhesis, dislocation, tumor, pseudoarthrosis. The effectiveness and safety for any other conditions are unknown.

PRECAUTIONS

The Dynam'X Cages are complementary implants to posterior or anterior or lateral fixation systems and should NOT be used as standalone. The applications of pedicle screw, plates, rods and/or interbody cages should be performed by experienced surgeons with specific training in use of Dynam'X System.

As the Dynam'X T implants must be used with supplemental fixation, close attention should be paid during the insertion of the anchoring plates, in order to limit risk of contact between the anchoring plates and additional spinal hardware (e.g., pedicle screws).

Being a technically demanding procedure presenting a risk of serious injury to the patient, the implantation of Dynam'X System should be performed only by experienced spine surgeons with specific training in the use of this system and who have knowledge of the present instructions for use. Before clinical use, the surgeon should thoroughly understand all aspects of the surgical procedure and limitations of the system. This device is recommended for use only by surgeons familiar with preoperative and surgical techniques, cautions and potential risks associated with spinal surgery. Knowledge of surgical techniques, proper implant selection and placement of implants, and pre- and post-operative patient management are considerations essential to a successful surgical outcome.

The spinal screw fixation system and/or inter body cage system should not be considered as sole spinal support. No implants can withstand body loads without bone support. Therefore bends, breakages, loosening, disassembling may occur over the time. A successful results are not always achievable. The factors as proper preoperative and operative procedure, comprehensive knowledge of surgical techniques, proper selection of implant's size and type are considerably important in treatment process. Patients with obesity, smokers, alcohol abused are risk of non-fusion surgery. Also patients in weak muscle or bone conditions, nervous system dysfunctions are poor candidates for spinal fusion. Prior or during or after the surgery in order to evaluate or check the positioning of the implants or patients anatomy or any other patients or implants correction X-ray or CT or any other invasive diagnostic examinations may be necessary to be performed.

The proper, patient's individual implants selection in terms of type, size, shape or design is vital to successful surgery performance. Proper implants and instruments handling is crucial. Extensive bending or contouring should be avoided. Sharp edges cutting, reversed bending, scratching or notching may generate internal stressing which may weak the implants or construct. In some cases, progression of degenerative disease may be so advanced at the time of implantation that they substantially decrease the expected useful life to the implant. In such cases, orthopedic devices may be considered only as a delaying technique or to provide temporary relief.

Based on the non-clinical testing has demonstrated the Dynam'X System implant is MR Conditional. A patient with this device can be safely scanned in an MR system meeting the following conditions:

- Static magnetic field of 1.5 T and 3.0 T
- Maximum spatial field gradient of 3,000 gauss/cm (30 T/m)
- Maximum MR system reported, whole body averaged specific absorption rate (SAR) of 2 W/kg (First Level Controlled Operating Mode)

Under the scan conditions defined above, the Dynam'X System implants is expected to produce a maximum temperature rise of less than 5°C after 15 minutes of continuous scanning. Prior MRI diagnostic procedure MRI technical staff should be informed about the model of Dynam'X implant(s) and implantation anatomical region(s).

IMPORTANT

All necessary informations about surgery, potential risks, benefits and adverse effects should be conveyed to the patient prior to surgery.

Prior surgery consult with patient any allergy or other reactions on implants chemical components (specially aluminium, titanium, vanadium).

PREOPERATIVE

1. Patients meet the criteria described in the indications should be only selected.
2. Patients conditions should be checked prior surgery Any required diagnostics should be performed.
3. The efficient and adequate implants and instruments inventory must be secured and be available during the surgery.
4. All implants, instruments and any other components should be cleaned and sterilised before use. Any implants, instruments or components delivered as sterile must be checked due to sterility and expiration time prior surgery.
5. Implants and instruments should be stored in certain conditions to warranty the sterility and protection from any contamination and unsuitable environment.
6. It's highly recommended that all personnel interacting with any mechanical components from the spinal system should be familiar with all components before using.

INTRAOPERATIVE

1. Extreme caution should be used when working close or around the spinal cord and nerve roots.
2. Whenever possible or required intraoperative diagnostic system should be used to facilitate surgery.
3. Before implanting the Dynam'X System Cage, the vertebral plates must be carefully prepared, being careful not to weaken the cortical bone to avoid implant subsidence.
4. Breakage, bends, scratch slippage, part loosening or improper use of any implant or instrument during the surgery may cause injury to OR personal or patient.
5. It's very important to follow carefully surgical technique. Proper application of any instrument or implant may facilitate surgery.
6. Before closing of soft tissue double check of all implants positioning, geometrical relations, and fixing, tightening or mounting manoeuvres for all screws, nuts or other fixing parts should be performed. Image diagnostics is highly recommended at this stage.

POSTOPERATIVE

The physician's postoperative directions and warnings to the patient, and the corresponding patient compliance, are extremely important.

1. Detailed instructions on the use and limitations of the device should be given to the patient.
2. The patient should be warned to avoid falls or sudden jolts in spinal position.
3. The patient should be warned of this possibility and instructed to limit and restrict physical activities, especially lifting and twisting motions and any type of sport participation. The patient should be advised not to smoke tobacco or utilise nicotine products, or to consume alcohol or non-steroidals or anti-inflammatory medications such as aspirin during the bone graft healing process.
4. As a precaution, before patients with implants receive any subsequent surgery (such as dental procedures), prophylactic antibiotics may be considered, especially for high-risk patients.
5. Any retrieved devices should be treated in such a manner that reuse in another surgical procedure is not possible. As with all orthopaedic implants, the Dynam'X System components should never be reused under any circumstances.

PACKAGING

Dynam'X System is delivered as sterile. Each of the implant's components should be stored in original packages. All products should be treated with care. Improper use or handling may lead to damage and/or possible improper functioning of the device.

Prior to use double check of sterility conditions and expiration date should be performed.

WARNINGS

Do not use when sterility expired.
Do not use if packaging is damaged.

TOOLS REPROCESSING

Only originally delivered Syntropiq instruments should be used during implantation procedure. Before every surgery all instruments must go under reprocessing procedure described in Syntropiq Tools Instruction for Use or must be cleaned using established hospital methods before sterilization and introduction into a sterile surgical field.

STORAGE

The components of Dynam'X System should be completely dry before storing and must be handled with care to prevent damage. Store in designated trays and in areas which provide protection from dust, insects, chemical vapors and extreme changes in temperature and humidity.

Sterile parts should be stored in original packages and prevented to any damages. When storing please keep the following parameters: relative humidity between 20% and 50%, temperature between 10°C and 35°C.

DEVICE REMOVAL AND DISPOSAL

The implants from Dynam'X System are intended to remain in the patient's body throughout life. Any decision by a surgeon to remove the device should take into consideration such factors as the risk to the patient of the additional surgical procedure as well as the difficulty of removal. However if medical or non medical reasons require device removal its disposal procedure should be performed in accordance of local hospital's requirements and protocols.

Implant's removal procedure can be performed either by the Implant Holder (inserter) or universal Implants Removal Tool in a clockwise rotation to the implant. Universal Implants Removal Tool is available upon special request. Please contact Syntropiq Customer Service prior revision surgery. Be careful to avoid pushing the implant forward. A slap hammer or slotted mallet may be used in conjunction with the Inserter or Removal Tool for removal of the implant if desired. To use, apply an upward force to the slap hammer. Repeat until implant is removed from the intervertebral disc space.

An osteotome can be used at the interface between the Implant and endplates to disengage the construct. Use of distraction is suggested to allow easier access to the implant/endplate interface.

IMPORTANT

As with all orthopaedic implants, the Dynam'X System components must be never reprocessed nor reused under any circumstances.

WARRANTY AND PRODUCT COMPLAINTS

Every spinal product from Syntropiq is guaranteed to be free of defects in workmanship and materials when used properly for its intended purpose. Any implant or instrument delivered from Syntropiq proving to be defective will be replaced or repaired, at Syntropiq discretion, with no any charge.

Any customer or user, who has any complaint or who has experienced any dissatisfaction in the product quality, durability, reliability should inform Syntropiq or its Distributor. When filing a complaint please provide the component(s) name, part number, lot number(s), your name and address, the description of the complaint. Please provide the report directly to Syntropiq or to its Distributor.

SYMBOLS USED

LOT	**Batch Code**	10°C / 35°C	**Storage temperature**
REF	**Catalogue Number**		**Keep away from sunlight**
	Manufacturer	20% / 80%	**Humidity limitation**
	Date of Manufacture	MATL	**Material**
	Use by date		**Double sterile barrier system**
	Cautions	UDI	**Unique Device Identifier**
	Do not use if package is damaged	MD	**Medical Device**
2 RESTERILE	**Do not re-use**	MR	**MR Conditional**
2 RESTERILE	**Do not resterilise**	QTY	**Quantity**
i	**Consult instructions for use**		
Sterile R	**Sterilised using irradiation**		

CUSTOMER SERVICE

Additional information about the Dynam'X System or any other Spinal Systems is available from Syntropiq. You may also want to contact your local Syntropiq Sales Representative.

FRANÇAIS

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES IMPLANTS DU SYSTÈME DE STABILISATION INTERNE SYNTROPIC

Les implants Dynam'X System sont des dispositifs dont la fonction principale est d'ajouter une structure solide à une greffe de manière à permettre la stabilisation de la hauteur intervertébrale, à la suite d'une discectomie, pendant la durée de greffe et d'obtenir une surface de fusion maximale. Différents modèles et tailles d'implants sont disponibles afin de les adapter à l'approche chirurgicale, au(x) niveau(x) opératoire(s), à la pathologie et à l'anatomie du patient. De plus, afin de favoriser la croissance osseuse, le système de cage Dynam'X doit être rempli de greffe osseuse.

UTILISATIONS PRÉVUES ET POPULATIONS DE PATIENTS

Le système Dynam'X est indiqué pour les interventions de fusion intervertébrale chez des patients à maturité squelettique ayant subi un traitement non opératoire pendant une durée de six mois. La décision finale quant à l'application du système rachidien Dynam'X doit toujours être prise par des chirurgiens expérimentés ayant une connaissance approfondie de la chirurgie rachidienne. L'utilisation prévue vise à recréer la hauteur du disque intervertébral et d'apporter un soutien structurel pour soutenir les forces de charge pendant le processus de guérison et de soutenir le processus de fusion. Les cages Dynam'X sont des implants complémentaires des systèmes de fixation postérieure ou antérieure ou latérale et ne doivent JAMAIS être utilisés seuls.

DESCRIPTION

Le système rachidien Dynam'X est conçu pour l'arthrodèse rachidienne. Il est constitué de cages de tailles et de formes variables. Le design principal de toute la famille est basé sur le même concept:

- un cadre solide en titane qui maintient et transfère toutes les forces agissantes au niveau de la colonne vertébrale humaine pendant les activités du patient.
- un filet en titane à piquets pour un contact direct entre les plateaux et les implants vertébraux afin d'impliquer la biomécanique de la fusion osseuse selon la loi de Wolf.

Le système reconnaît les modèles suivants de dispositifs intersomatiques avec l'approche d'application et les niveaux du rachis prévus:

1. Modèle Aries et les instruments associés destinés à la distraction, à la discectomie, au dimensionnement, à la constitution d'une greffe et à l'insertion du dispositif Aries au cours d'une procédure de discectomie cervicale antérieure avec fusion (ACDF), dans les versions suivantes: 10 Plat, 11 Anatomique, 12 Plat creux, 13 Anatomique creux, 30 Plat trabéculaire, 31 Anatomique trabéculaire
2. Modèle Perseus et les instruments associés destinés à la distraction, à la discectomie, au dimensionnement, à la constitution d'une greffe et à l'insertion du dispositif Perseus au cours d'une procédure de fusion intervertébrale lombaire postérieure (PLIF), dans les versions suivantes: 20 Anatomique, 24 Creux, 40 Trabéculaire
3. Modèle Taurus et les instruments associés destinés à la distraction, à la discectomie, au dimensionnement, à la constitution d'une greffe et à l'insertion du dispositif Taurus au cours d'une procédure de fusion intervertébrale lombaire transforaminale (TLIF), dans les versions suivantes: 21 Anatomique, 25 Creux, 41 Trabéculaire
4. Modèle Andromeda et les instruments associés destinés à la distraction, à la discectomie, au dimensionnement, à la constitution d'une greffe et à l'insertion du dispositif Andromeda au cours d'une procédure de fusion intervertébrale lombaire antérieure (ALIF), dans les versions suivantes: 22 Anatomique, 26 Creux, 42 Trabéculaire
5. Modèle Ursus et les instruments associés destinés à la distraction, à la discectomie, au dimensionnement, à la constitution d'une greffe et à l'insertion du dispositif Ursus au cours d'une procédure de fusion intervertébrale lombaire unilatérale (ULIF), dans les versions suivantes: 23 Anatomique, 27 Creux, 43 Trabéculaire

La sélection du modèle dépend de la décision du médecin concernant l'approche du traitement du trouble de la colonne vertébrale. La composition des implants peut varier selon les conditions anatomiques et la décision du médecin. Les brochures de produits et les techniques chirurgicales doivent être lues et analysées avant de choisir les implants appropriés (y compris la taille et le modèle correspondant) et leurs accessoires afin d'obtenir une combinaison sûre.

Les composants du système rachidien Dynam'X ne doivent PAS être utilisés en contact direct avec d'autres systèmes vertébraux ou tout autre système de fixation. Ne mélangez jamais un implant en titane avec un implant en acier inoxydable dans le même assemblage. La société Syntropiq décline toute responsabilité concernant toute utilisation d'un composant du système rachidien Dynam'X ensemble avec un autre système ou avec des systèmes d'un autre fabricant.

En aucun cas, aucun des composants du système rachidien Dynam'X ne peut être réutilisé.

MATÉRIAUX

L'ensemble du système est fabriqué en titane ou en alliage de titane de qualité médicale ou Ti-6Al-4V ELI décrit dans les normes ISO 5832-3 ou ASTM F3001-14 ou ASTM F136-13. La société Syntropiq garantit que tous les dispositifs sont fabriqués d'après les spécifications de matériaux précitées. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est fournie. Pour plus amples informations, veuillez consulter la brochure des produits Syntropiq.

INDICATIONS

Système rachidien Dynam'X est destiné à la fusion du corps intervertébral au niveau di rachis cervical, thoracique et lombaire pour les indications suivantes:

1. Discopathie dégénérative.
2. Sténose rachidienne.
3. Spondylolisthésis.
4. Révision chirurgicale pour échec de chirurgie discale ou discopathies dégénératives progressives.
5. Compression du disque vertébral.
6. Pseudarthrose.
7. Instabilité des segments de mouvement.

CONTRE-INDICATIONS

Les contre-indications comprennent, mais ne se limitent pas seulement à:

1. Risque d'infection ou infection en cours, fièvre ou inflammation.
2. Obésité.
3. Grossesse.
4. Maladie mentale.
5. Allergie à tout composant chimique (notamment aluminium, titane, vanadium).
6. Toute condition anatomique, médicale ou chirurgicale susceptible de perturber des avantages potentiels ou intentionnels de l'application d'implants rachidiens.
7. Affections des os, des articulations ou des ligaments suivantes, sans toutefois s'y limiter : ostéopénie, absorption osseuse, ostéomalacie. L'ostéoporose est une contre-indication relative qui doit être soigneusement évaluée avant l'intervention chirurgicale.
8. La taille, la forme ou les fonctionnalités d'ancrage des implants pourraient être insuffisantes pour atteindre les résultats cliniques attendus.
9. Utilisation mixte d'implants de différents fabricants ou de différents systèmes de fixation.
10. Risque potentiel d'atteinte inattendue sur l'anatomie du patient et d'interférences avec des déficits neurologiques, fonctionnels ou autres.
11. Tout risque de réticence du patient à suivre les instructions postopératoires.
12. Toute autre indication non décrite.

POTENTIELS EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables pouvant survenir après une chirurgie de la colonne vertébrale avec ou sans instrumentation incluent, sans toutefois s'y limiter:

1. Démontage, courbure et/ou rupture de l'un ou de l'ensemble des composants du système.
2. Migration de l'un des composants du système.
3. Pression sur la peau causée par les composants chez les patients dont la couverture tissulaire est insuffisante.
4. Endommagement tissulaire ou des nerfs causés par un emplacement et une pose incorrects des implants ou des instruments.
5. Fuite du liquide céphalo-rachidien de la dure-mère, distorsion ou endommagement.
6. Dysfonctionnements neurologiques et/ou physiologiques tels que paresthésie, radiculopathie, paralysie, hyperesthésie ou toute autre affection liée à une chirurgie générale associée à une anesthésie.
7. Infections.
8. Perte de fonctions urinaires.
9. Dysfonctions sexuelles permanentes, temporaires ou naissantes.
10. Changement postopératoire de la courbure du corps, changement de l'ampleur de mouvement physiologique.
11. Pseudarthrose ou non-fusion ou fusion retardée.
12. Perte osseuse ou surcroissement, ou toute autre malformation osseuse.
13. Limitation permanente ou temporaire ou incapacité à effectuer des activités quotidiennes.
14. Changement de comportement mental.
15. Problèmes respiratoires permanents, temporaires ou naissants.
16. Détériorations ou dysfonctionnements cardiovasculaires permanents, temporaires ou naissants.
17. Mort.

Dans certains cas, une intervention chirurgicale ou des chirurgies supplémentaires peuvent être nécessaires pour corriger ou modifier les potentiels effets indésirables.

AVERTISSEMENTS

L'efficacité et la sécurité de la fixation intercorporelle ne s'appliquent que dans certaines conditions de grande instabilité nécessitant une fusion aidée par un dispositif médical. Le dispositif pourrait générer une instabilité mécanique telle que déformation, fracture, listhésis, dislocation, tumeur ou pseudarthrose. L'efficacité et la sécurité pour toutes les autres conditions sont inconnues.

PRÉCAUTIONS

Les cages Dynam'X sont des implants complémentaires des systèmes de fixation postérieure ou antérieure ou latérale et ne doivent JAMAIS être utilisés seuls. La mise en place de vis pédiculaires, plaques, tiges et/ou de cages intervertébrales doit être réalisée par des chirurgiens expérimentés ayant suivi une formation spécifique dédiée à l'utilisation du système rachidien Dynam'X.

Les implants Dynam'X T doivent être utilisés avec une fixation supplémentaire, une attention particulière doit être portée lors de l'insertion des plaques d'ancrage, afin de limiter les risques de contact entre les plaques d'ancrage et le matériel supplémentaire au niveau de la colonne vertébrale (par exemple, des vis pédiculaires).

La procédure est techniquement exigeante et présente un risque d'atteinte grave pour le patient. L'implantation du système Dynam'X ne doit être réalisée que par des chirurgiens de la colonne vertébrale expérimentés ayant une formation spécifique à l'utilisation de ce système et ayant pris connaissant du présent mode d'emploi. Avant l'utilisation clinique, le chirurgien doit bien comprendre tous les aspects de la procédure chirurgicale et les limites du système. Il est recommandé que le dispositif soit utilisé uniquement aux chirurgiens familiarisés avec les techniques préopératoires et chirurgicales, les mises en garde et les risques potentiels associés à la chirurgie de la colonne vertébrale. La connaissance des techniques chirurgicales, le choix et la pose appropriés des implants, ainsi que la prise en charge pré et postopératoire du patient sont des éléments essentiels à la réussite du résultat chirurgical.

Le système de fixation rachidienne à vis et/ou le système de cage intervertébrale ne doivent pas être considérés comme le seul support rachidien. Aucun implant ne peut supporter le poids du corps sans aucun support osseux. Autrement, l'implant peut subir au fil du temps des courbures, fissures, desserrements ou désassemblages. Un résultat réussi n'est pas toujours réalisable. Les facteurs tels que la procédure préopératoire et opératoire, la connaissance approfondie des techniques chirurgicales, la sélection de la taille et du type d'implant ont une importance considérable dans le processus de traitement. Les patients obèses, les fumeurs et ceux qui consomment d'importantes quantités d'alcool présentent des risques de non-fusion rachidienne. Également les patients ayant les muscles affaiblis ou présentant un dysfonctionnement du système nerveux sont de mauvais candidats pour la fusion rachidienne. Dans le but d'évaluer ou de vérifier le positionnement des implants ou de l'anatomie du patient ou bien toute autre correction du patient ou des implants avant, pendant ou après l'opération, une radiographie ou un CT-scan ou tout autre examen diagnostique invasif peut être nécessaire.

La sélection appropriée des implants pour chaque patient en termes de type, de taille, de forme ou de design est capitale pour obtenir des résultats satisfaisants. Une bonne manipulation des implants et des instruments est cruciale. Les courbures ou les contournements importants doivent être évités. Des arêtes tranchantes, une flexion inversée, des rayures ou des entailles peuvent générer des contraintes internes pouvant altérer les implants ou la structure. Dans certains cas, la progression de la maladie dégénérative peut être si avancée au moment de l'implantation qu'elle réduit considérablement la durée de vie utile prévue de l'implant. Dans de tels cas, les appareils orthopédiques peuvent être considérés uniquement comme une technique de retardement ou pour apporter un soulagement temporaire.

Des essais non cliniques ont démontré que l'implant du système de cage intervertébrale Dynam'X est compatible avec l'IRM. Un patient porteur de ce dispositif peut être examiné par l'IRM en toute sécurité dans les conditions suivantes:

- Champ magnétique statique de 1,5 T et 3,0 T
- Gradient de champ spatial maximal de 3 000 gauss/cm (30 T/m)
- Maximum rapporté par le système de résonance magnétique, taux d'absorption spécifique moyen calculé sur tout le corps de 2 W/kg (mode d'excitation contrôlée de premier niveau)

Dans les conditions de balayage définies ci-dessus, les implants du système de cages intervertébrales rachidiennes Dynam'X devraient produire une élévation de température maximale inférieure à 5°C après 15 minutes de balayage continu.

Avant tout examen IRM, le personnel technique en IRM doit être informé du modèle d'implant(s) Dynam'X et de la (les) région(s) anatomique(s) d'implantation.

IMPORTANT

Toutes les informations nécessaires concernant la chirurgie, les risques potentiels, les bénéfices et les effets indésirables doivent être communiquées au patient avant l'opération.

Avant une intervention chirurgicale, consulter le patient pour toute allergie ou autre réaction sur les composants chimiques des implants (en particulier aluminium, titane, vanadium).

AVANT L'OPÉRATION

1. Seulement les patients répondant aux critères décrits dans les indications ne peuvent être sélectionnés.
2. Les conditions des patients doivent être vérifiées avant l'intervention. Des diagnostics requis doit être effectué.
3. Les implants et les instruments efficaces et adéquats doivent être sécurisés et disponibles pendant la chirurgie.
4. Avant toute utilisation, tous les implants, instruments et autres composants doivent impérativement être nettoyés et stérilisés. Avant toute chirurgie, tous les implants, instruments ou composants livrés stériles doivent être vérifiés pour contrôler leur stérilité et leur date d'expiration.
5. Les implants et les instruments doivent être conservés dans certaines conditions garantissant leur stérilité et leur protection contre toute contamination ou corrosion.
6. Il est vivement recommandé que tout le personnel manipulant les composants mécaniques du système rachidien soit familiarisé avec l'ensemble de composants avant de les utiliser.

PENDANT L'OPÉRATION

1. Lorsque vous travaillez près ou autour de la moelle épinière et des racines nerveuses, il est impératif de procéder avec extrême prudence.
2. Chaque fois que cela est possible ou nécessaire, un système de diagnostic peropératoire doit être effectué afin de faciliter la chirurgie.
3. Avant d'implanter le système de cage Dynam'X, les plaques vertébrales doivent être soigneusement préparées en veillant à ne pas affaiblir l'os cortical pour éviter la subsidence de l'implant.
4. Toute casseure, courbure, glissement causant de rayures, desserrage d'une pièce ou utilisation inappropriée de tout implant ou instrument au cours de la chirurgie peuvent occasionner des blessures au patient OU au personnel assistant à l'intervention.
5. Il est très important de suivre attentivement les techniques chirurgicales. Une application appropriée de tout instrument ou implant peut faciliter la chirurgie.
6. Avant de fermer les tissus mous, vérifiez de nouveau le positionnement, les relations géométriques et les manœuvres de fixation, de serrage ou de montage de tous les implants, à savoir les vis, les écrous ou les autres pièces de fixation. À ce stade, il est fortement recommandé d'effectuer l'imagerie diagnostique.

APRÈS L'OPÉRATION

Les instructions postopératoires du médecin, les mises en garde pour le patient et l'observance correspondante de la part du patient sont extrêmement importantes.

1. Des instructions détaillées sur l'utilisation et les limites du dispositif doivent être données au patient.
2. Le patient doit être averti qu'il est impératif d'éviter tout risque de chute ou des secousses soudaines au niveau de sa colonne vertébrale.
3. Le patient doit être averti de ces risques et doit obtenir des instructions concernant son activité physique, en particulier, lorsqu'il effectue des mouvements de levage et de torsion et ainsi que sur toute activité sportive. Le patient doit être prévenu qu'au cours du processus de guérison de la greffe osseuse, il ne faut pas fumer de tabac ou utiliser des produits à base de nicotine, consommer de l'alcool, des médicaments non stéroïdiens ou des anti-inflammatoires tels que l'aspirine.
4. À titre de précaution, avant que les patients porteurs d'implants reçoivent toute autre intervention chirurgicale ultérieure (telle que chirurgie dentaire), des antibiotiques prophylactiques peuvent être envisagés, en particulier pour les patients à haut risque.
5. Tous les dispositifs récupérés doivent être traités de manière à les rendre inutilisables pour tout nouvel usage. Comme cela s'applique à tous les implants orthopédiques, les composants du système rachidien Dynam'X ne doivent en aucun cas être réutilisés.

EMBALLAGE

Le système rachidien Dynam'X est livré stérile. Chacun des composants de l'implant doit être conservé dans son emballage d'origine. Tous les produits doivent être manipulés avec soin. Toute utilisation ou manipulation inappropriées peut entraîner des dommages et/ou un mauvais fonctionnement du dispositif.

Avant utilisation, vérifiez à nouveau les conditions de stérilité et la date de péremption.

AVERTISSEMENTS

Ne pas utiliser après l'expiration de la date de péremption.
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

RETRAITEMENT DES OUTILS

Seuls des instruments Syntropiq d'origine doivent être utilisés pendant une implantation. Avant chaque intervention chirurgicale, tous les instruments doivent subir une procédure de reconditionnement telle qu'elle est décrite dans les Instructions d'utilisation des outils Syntropiq ou être nettoyés en suivant des méthodes hospitalières reconnues avant la stérilisation et l'introduction dans un milieu chirurgical stérile.

STOCKAGE

Les composants du système rachidien Dynam'X doivent être complètement secs avant d'être rangés et doivent être manipulés avec soin pour éviter tout endommagement. Stockez-les sur les plateaux désignés à cet effet et dans des endroits assurant une protection contre la poussière, les insectes, les vapeurs de produits chimiques et les variations extrêmes de température et d'humidité.

Les parties stériles doivent être stockées dans les emballages d'origine et protégées contre tout endommagement. Pendant le stockage, respectez les paramètres suivants: humidité relative comprise entre 20% et 50%, température comprise entre 10°C et 35°C.

RETRAIT DU DISPOSITIF ET ÉLIMINATION

Les implants de Dynam'X System sont destinés à rester dans le corps du patient tout au long de sa vie. Toute décision du chirurgien de retirer le dispositif doit prendre en compte des facteurs tels que le risque de la procédure chirurgicale supplémentaire pour le patient ainsi que les difficultés liées à son retrait. Toutefois, si des raisons médicales ou non médicales exigent le retrait du dispositif, sa procédure de mise au rebut doit être effectuée conformément aux exigences et aux protocoles de l'hôpital local.

La procédure de retrait de l'implant peut être réalisée par un Porte-implant (porte-prothèse) ou un Outil de retrait des implants universel dans le sens horaire de l'implant. L'Outil de retrait des implants universel est disponible sur demande. Veuillez contacter le Service client de Syntropiq avant toute chirurgie de révision. Évitez de pousser l'implant vers l'avant. Un extracteur à percussion ou un maillet à fentes peut être utilisé avec le Porte-prothèse ou l'Outil de retrait pour le retrait de l'implant en cas de besoin. Pour l'utiliser, appliquer une force ascendante à l'extracteur à percussion. Répéter jusqu'à ce que l'implant soit retiré de l'espace du disque intervertébral.

Un ostéotome peut être utilisé au niveau de l'interface entre l'implant et les plateaux pour désengager l'ensemble. L'utilisation de la distraction est suggérée pour faciliter l'accès à l'interface implant/plateaux.

IMPORTANT

Comme cela s'applique à tous les implants orthopédiques, les composants du système rachidien Dynam'X ne doivent en aucun cas être réutilisés.

GARANTIE ET RÉCLAMATIONS RELATIVES AU PRODUIT

Tous les produits rachidiens de la société Syntropiq sont garantis exempts de défauts de fabrication et de matériaux s'ils sont utilisés correctement aux fins auxquelles ils sont destinés. Tout implant ou instrument fourni par la société Syntropiq présentant un défaut prouvé sera remplacé ou réparé aux frais de la société.

Tout client ou utilisateur formulant une réclamation ou qui n'est pas satisfait quant à la qualité, la durabilité et la fiabilité du produit doit en informer la société Syntropiq ou son distributeur. Lorsque vous déposez une réclamation, veuillez indiquer le nom du (des) composant(s), le numéro de pièce, le(s) numéro(s) du (des) lot(s), votre nom et votre adresse, ainsi que la description de votre réclamation. Veuillez fournir le document directement à la société Syntropiq ou à son distributeur.

SYMBOLES UTILISÉS

LOT	**Numéro de lot**	10°C / 35°C	**Température de stockage**
REF	**Numéro du catalogue**		**Garder à l'abri de la lumière du soleil**
	Fabricant	20% / 80%	**Limite d'humidité**
	Date de fabrication	MATL	**Matériau**
	Date de péremption		**Système à double barrière stérile**
	Avertissements	UDI	**Identifiant unique du dispositif médical**
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	MD	**Dispositif médical**
2 RESTERILE	**Ne pas réutiliser**	MR	**Compatible IRM**
2 RESTERILE	**Ne pas restériliser**	QTY	**Quantité**
i	**Consulter le mode d'emploi**		
Sterile R	**Stérilisé par irradiation**		

SERVICE CLIENT

Des informations supplémentaires sur le système rachidien Dynam'X ou sur tout autre système rachidien sont disponibles auprès de la société Syntropiq. Vous pouvez également contacter votre représentant local de la société Syntropiq.

ESPAÑOL

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA IMPLANTES DEL SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN INTERNA SYNTROPIQ

Los implantes del Sistema Dynam'X son dispositivos cuya función principal es añadir una estructura sólida a un injerto para permitir la estabilización de la altura intervertebral, después de una discectomía, durante el período de ajuste del injerto y lograr superficie máxima de fusión. Existen diversos modelos y tamaños de implantes para adaptarse al abordaje quirúrgico, los niveles operatorios y la patología y la anatomía individual del paciente. Además, para favorecer el crecimiento óseo, la Placa del Sistema Dynam'X se debe rellenar con el implante óseo.

USO PREVISTO Y POBLACIÓN DE PACIENTES

El Sistema Dynam'X está indicado para procedimientos de fusión del cuerpo interverteb

3. Der Patient muss vor dieser Möglichkeit gewarnt und angewiesen werden, physische Aktivitäten, besonders Hebe- und Drehbewegungen, einzuschränken und an keinerlei sportlichen Aktivitäten teilzunehmen. Der Patient muss darauf hingewiesen werden während der Heilungsphase der Knochen keinen Tabak zu rauchen oder Nikotinprodukte zu verwenden, keinen Alkohol zu konsumieren und keine nicht-steroidalen oder entzündungshemmenden Medikamente wie Aspirin einzunehmen.
4. Als Vorsichtsmaßnahme sollten prophylaktische Antibiotika in Betracht gezogen werden, wenn Patienten mit Implantaten sich weiteren Operationen unterziehen (z. B. Zahnoperationen). Dies gilt besonders für Hochrisikopatienten.
5. Entnommene Produkte müssen so behandelt werden, dass eine Wiederverwendung bei anderen Operationen nicht möglich ist. Wie alle orthopädischen Implantate dürfen auch die Komponenten des Dynam'X Systems niemals und unter keinen Umständen wiederverwendet werden.

VERPACKUNG

Das Dynam'X System wird steril geliefert. Alle Komponenten des Implantats müssen in ihren Originalverpackungen aufbewahrt werden. Alle Produkte müssen sorgsam behandelt werden. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder Handhabung kann zur Beschädigung und/oder möglichen Fehlfunktionen des Produkts führen.

Vor dem Einsatz müssen die Sterilität und das Verfallsdatum geprüft werden.

WARNHINWEISE

Nicht verwenden, wenn die Sterilität abgelaufen ist.
Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.

AUFBEREITUNG DER INSTRUMENTE

Während des Implantationsvorgangs dürfen nur die mitgelieferten Syntropiq-Originalinstrumente verwendet werden. Vor jedem chirurgischen Eingriff sind alle Instrumente den in der Gebrauchsanweisung für Syntropiq-Instrumente beschriebenen Aufbereitungsverfahren zu unterziehen bzw. vor der Sterilisation und Einführung in ein steriles Operationsfeld nach etablierten Krankenhausverfahren zu reinigen.

LAGERUNG

Die Komponenten des Dynam'X Systems müssen vor der Lagerung komplett trocken sein und vorsichtig gehandhabt werden, um eine Beschädigung zu vermeiden. In gekennzeichneten Fächern lagern und in Bereichen, die Schutz vor Staub, Insekten, chemischen Dämpfen und extremen Änderungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit bieten.

Sterile Teile müssen in der Originalverpackung gelagert und vor Beschädigung geschützt werden. Bitte halten Sie bei der Lagerung folgende Parameter ein: relative Luftfeuchtigkeit zwischen 20% und 50%, Temperatur zwischen 10°C und 35°C.

ENTFERNUNG UND ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Die Implantate des Dynam'X Systems sind dafür ausgelegt, im Körper des Patienten zu bleiben. Wenn ein Chirurg entscheidet, das Produkt zu entfernen, müssen Faktoren wie das Risiko einer zusätzlichen Operation für den Patienten sowie die Schwierigkeit der Entfernung in Betracht gezogen werden. Wenn es jedoch medizinische oder nicht medizinische Gründe für die Entfernung des Produkts gibt, muss es entsprechend den lokalen Anforderungen und Richtlinien des Krankenhauses entsorgt werden.

Die Entfernung des Implantats kann entweder mit dem Implantathalter (Einbringhilfe) oder einem Universalinstrument zur Implantatentfernung durch eine Drehung im Uhrzeigersinn zum Implantat durchgeführt werden. Das Universalinstrument zur Implantatentfernung ist auf spezielle Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich vor einer Revisionsoperation an den Kundendienst von Syntropiq. Achten Sie darauf, das Implantat nicht nach vorne zu schieben. Zum Entfernen des Implantats kann auf Werkzeuge wie Schlag- oder Schlitzhammer in Verbindung mit der Einbringhilfe oder dem Implantatentfernungsinstrument verwendet werden. Wenden Sie eine nach oben gerichtete Kraft auf den Schlaghammer an. Wiederholen Sie die Bewegung, bis das Implantat aus dem Bandscheibenraum entfernt ist.

Zwischen Implantat und Endplatten kann ein Osteotom zum Lösen der Konstruktion verwendet werden. Um einen leichteren Zugang zur Schnittstelle Implantat/Endplatte zu ermöglichen, wird Distraktion empfohlen.

WICHTIG

Wie alle orthopädischen Implantate dürfen auch die Komponenten des Dynam'X Systems niemals und unter keinen Umständen wiederaufbereitet oder wiederverwendet werden.

GARANTIE UND REKLAMATIONEN

Für alle Wirbelsäulenprodukte garantiert Syntropiq die Freiheit von Verarbeitungs- und Materialfehlern, sofern sie ordnungs- und bestimmungsgemäß verwendet werden. Alle Implantate oder Instrumente, die von Syntropiq geliefert werden und sich als defekt erweisen, werden nach dem Ermessen von Syntropiq kostenlos ersetzt oder repariert.

Kunden oder Anwender, die Beanstandungen haben oder mit der Qualität, Haltbarkeit oder Zuverlässigkeit des Produkts unzufrieden sind, sollten sich an Syntropiq oder den Händler wenden. Geben Sie bei einer Reklamation bitte den Namen des/der Komponente(n), die Teilenummer, die Chargennummer(n), Ihren Namen und Ihre Adresse sowie den Grund der Reklamation an. Schicken Sie den Bericht direkt an Syntropiq oder den Händler.

VERWENDETE SYMBOLE

Chargennummer
Lagertemperatur
Bestellnummer
Von Sonneneinstrahlung fernhalten
Hersteller
Feuchtigkeitsbegrenzung
Herstellungs-datum
Werkstoff
Zu verbrauchen bis
Doppeltes Sterilbarriieresystem
Vorsichtshinweise
Eindeutige Gerätekennung
Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
Medizinisches Gerät
Nicht wiederverwenden
MR kompatibel
Nicht erneut sterilisieren
Menge
Gebrauchsanweisung beachten
Sterile R
Mit Strahlung sterilisiert

KUNDENSERVICE

Zusätzliche Informationen über das Dynam'X System oder andere Systeme erhalten Sie bei Syntropiq. Sie können auch Ihren Handelsvertreter von Syntropiq vor Ort kontaktieren.

ITALIANO

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUGLI IMPIANTI DEL SISTEMA DI STABILIZZAZIONE INTERNA DELLA SOCIETÀ SYNTROPIQ

Gli impianti del sistema Dynam'X sono dispositivi la cui funzione primaria è di fornire una struttura solida all'innesto, permettendo così la stabilizzazione dell'altezza tra le vertebre dopo una discectomia, durante il periodo di "accomodamento" dell'innesto, e la creazione della superficie massima di fusione. Gli impianti sono disponibili in vari modelli e dimensioni corrispondenti all'approccio operativo, al livello/livelli dell'operazione, agli aspetti anatomici e alle caratteristiche anatomiche individuali del paziente. La gabbia del sistema Dynam'X deve essere riempito con l'innesto osseo per favorire la crescita delle ossa.

SCOPO D'USO E GRUPPI DI PAZIENTI

Il sistema Dynam'X è indicato per l'esecuzione della fusione intervertebrale in pazienti con scheletro formato, che hanno completato sei mesi di trattamento non chirurgico. La destinazione d'uso è il ripristino dell'altezza del disco intervertebrali, la fornitura di supporto strutturale in caso di carico durante il processo di guarigione e favorire il processo di fusione. Le gabbie Dynam'X sono impianti aggiuntivi dei sistemi di fissaggio posteriore o anteriore o laterale che NON VANNO usate da sole.

DESCRIZIONE

Il sistema spinale Dynam'X è progettato per l'artrodesi vertebrale. È costituito da gabbie di varie dimensioni e forme. La struttura principale di molti di questi prodotti si basa sullo stesso concetto:

- telaio solido in titanio che contiene e trasmette tutte le forze che si generano nella colonna vertebrale del paziente durante le sue attività.
- reticolato in titanio che offre un contatto diretto tra l'impianto e i dischi vertebrali finali secondo la biomeccanica della fusione ossea in base alla legge di Wolf.

Il sistema è compatibile con i seguenti modelli di dispositivi intervertebrali con i relativi approcci di applicazione e livelli della colonna vertebrale:

1. Il modello Aries e i relativi strumenti progettati per distrazioni, discectomie, dimensionamento, compressione degli innesti e inserimento del dispositivo Aries durante la discectomia ed artrodesi cervicale per via anteriore (ACDF) sono disponibili nelle versioni seguenti: 10 piatto, 11 anatomico, 12 cavo piatto, 13 cavo anatomico, 30 trabecolare piatto, 31 trabecolare anatomico
2. Il modello Perseus e i relativi strumenti progettati per distrazioni, discectomie, dimensionamento, compressione degli innesti e inserimento del dispositivo Perseus durante la fusione lombare intervertebrale posteriore (PLIF) sono disponibili nelle seguenti versioni: 20 anatomico, 24 cavo, 40 trabecolare
3. Il modello Taurus e i relativi strumenti progettati per distrazioni, discectomie, dimensionamento, compressione degli innesti e inserimento del dispositivo Taurus durante la fusione lombare intervertebrale transforaminale (TLIF) sono disponibili nelle seguenti versioni: 21 anatomico, 25 cavo, 41 trabecolare
4. Il modello Andromeda e i relativi strumenti progettati per distrazioni, discectomie, dimensionamento, compressione degli innesti e inserimento del dispositivo Andromeda durante la fusione lombare intervertebrale anteriore (ALIF) sono disponibili nelle seguenti versioni: 22 anatomico, 26 cavo, 42 trabecolare
5. Il modello Ursus e i relativi strumenti progettati per distrazioni, discectomie, dimensionamento, compressione degli innesti e inserimento del dispositivo Ursus durante la fusione lombare intervertebrale unilaterale (ULIF) sono disponibili nelle seguenti versioni: 23 anatomico, 27 cavo, 43 trabecolare

La scelta del modello dipende dalla decisione del medico sulle modalità di approccio al trattamento della patologia della colonna vertebrale. La composizione degli impianti può variare a seconda delle condizioni anatomiche e a discrezione del medico. Prima di scegliere gli impianti adeguati (compreso le dimensioni e il modello corretti) ed i loro accessori, consigliamo di leggere e analizzare gli opuscoli dei prodotti e le tecniche chirurgiche per scegliere una combinazione sicura.

I componenti del sistema spinale Dynam'X NON DEVONO entrare in contatto diretto con altri sistemi di fissaggio o spinali. Nell'ambito di un'unica struttura, NON COLLEGARE l'impianto in titanio ad un impianto realizzato in acciaio inossidabile. Qualsiasi utilizzo di qualsiasi componente del sistema spinale Dynam'X con altri sistemi o sistemi di altri produttori esonera la società Syntropiq da qualsiasi responsabilità. Nessun componente del sistema spinale Dynam'X deve essere mai utilizzato più volte.

MATERIALI

L'intero sistema è costituito da titanio medico o dalla lega di titanio Ti-6Al-4V ELI come descritto nelle norme ISO 5832-3 e ASTM F3001-14 o ASTM F136-13. L'azienda Syntropiq garantisce solo che tutti i dispositivi sono realizzati con uno dei materiali di cui sopra. Non sono concesse altre garanzie, espresse o implicite. Per ulteriori informazioni, consultare l'opuscolo che accompagna questo prodotto della Syntropiq.

INDICAZIONI

Il sistema spinale Dynam'X è stato progettato per la fusione intervertebrale della colonna cervicale, toracica e lombare nelle seguenti indicazioni:

1. Malattie degenerative dei dischi intervertebrali.
2. Stenosi spinale.
3. Spondilolistesi.
4. Operazione di revisione di un intervento chirurgico non riuscito sui dischi intervertebrali o discopatia degenerativa progressiva.
5. Compressione dei dischi intervertebrali o delle radici nervose della colonna vertebrale.
6. Pseudoartrosi.
7. Instabilità dei segmenti motori.

CONTROINDICAZIONI

Le controindicazioni sono, tra le altre, le seguenti:

1. Rischio di infezione o di sviluppo di un'infezione, febbre o infiammazione.
2. Obesità.
3. Gravidanza.
4. Malattia mentale.
5. Allergia a qualsiasi sostanza chimica (in particolare alluminio, titanio, vanadio).
6. Qualsiasi condizione anatomica, medica o chirurgica che potrebbe precludere i benefici possibili o auspicabili dell'introduzione di impianti spinali.
7. Malattie delle ossa, articolazioni o legamenti, come, tra le altre, osteopenia, riassorbimento osseo compromesso e osteomalacia. L'osteoporosi è una controindicazione relativa e prima dell'intervento chirurgico deve essere valutata con attenzione.
8. La dimensione e la forma degli impianti e la funzionalità dell'ancoraggio potrebbero non bastare per conseguire i risultati clinici attesi.
9. La combinazione di impianti con impianti di altri produttori o altri sistemi di fissaggio.
10. Rischio potenziale di distruzione anatomica inaspettata, interferenza con deficit neurologici, funzionali o di altro tipo.
11. Qualsiasi rischio che il paziente non sarà disposto a correre secondo le istruzioni post-operatorie.
12. Eventuali ulteriori indicazioni non descritte.

POSSIBILI EVENTI AVVERSI

I possibili eventi avversi che possono verificarsi dopo gli interventi chirurgici alla colonna vertebrale con o senza strumenti includono, tra l'altro, le seguenti situazioni:

1. Disintegrazione, curvatura e/o rottura di qualsiasi componente del sistema.
2. Migrazione di qualsiasi componente del sistema.
3. Pressione di parti dei componenti sulla pelle in pazienti con componenti non adeguatamente coperti da tessuti.
4. Danni ai tessuti o ai nervi causati dalla posizione impropria e dal posizionamento errato di impianti o strumenti.
5. Crepe, deformazioni o danni alla pachimeninge.
6. Disfunzione neurologica e/o fisiologica come ad es. parestesia, radicolopatia, paralisi, iperestesia o altre condizioni relative alla somministrazione di anestesia per la chirurgia generale.
7. Infezioni.
8. Malattie dell'apparato urinario.
9. Disfunzione sessuale permanente, temporanea o in via di sviluppo.
10. Alterazione post-operatoria della curvatura della colonna vertebrale, alterazione del raggio d'azione fisiologico del movimento.
11. Pseudoartrosi, assenza di fusione o fusione ritardata.
12. La perdita o crescita eccessiva di tessuto osseo e altre malformazioni scheletriche.
13. Limitazioni permanenti o temporanee allo svolgimento delle attività quotidiane o l'incapacità di eseguirle.
14. Alterazione della salute mentale.
15. Problemi respiratori permanenti, temporanei o emergenti.
16. Deterioramento permanente, temporaneo o emergente delle funzioni cardiovascolari o disfunzione cardiovascolare.
17. Morte.

In alcuni casi può/possono essere necessario/i un ulteriore/i intervento/i chirurgico/i in modo da correggere la condizione o potenziali eventi avversi.

AVVERTENZE

Il fissaggio intervertebrale è efficace e sicuro solo per alcune condizioni mediche caratterizzate da instabilità significativa che richiede la fusione supportata da un dispositivo medico. Questo dispositivo può agire da supporto in casi di instabilità meccanica come deformazioni, fratture, listesi, lussazioni, tumori e pseudoartrosi. L'efficacia e la sicurezza di tutte le altre condizioni mediche non sono note.

MISURE DI SICUREZZA

Le gabbie Dynam'X sono impianti aggiuntivi del sistema di fissaggio posteriore o anteriore o laterale che NON VANNO usate da sole. Viti peduncolari, piastre, barre e/o gabbie intervertebrali dovrebbero essere applicate da medici esperti specificatamente addestrati nell'uso del sistema spinale Dynam'X.

Poiché gli impianti Dynam'X devono essere utilizzati con sistemi di fissaggio di supporto, è necessario prestare attenzione durante l'inserimento delle piastre di ancoraggio, in modo da ridurre il rischio di contatto fra le piastre di ancoraggio ed altre materiale inserito nella regione spinale (ad esempio le viti peduncolari).

Poiché si tratta di un processo tecnicamente molto impegnativo, che presenta un notevole rischio di lesioni gravi per il paziente, l'impianto del sistema Dynam'X dovrebbe essere effettuato esclusivamente da chirurghi spinali esperti che hanno seguito corsi specializzati per il corretto utilizzo del sistema e che hanno familiarità con questo strumento per l'uso. Prima dell'uso clinico, il chirurgo deve comprendere a fondo tutti gli aspetti dell'intervento chirurgico e conoscere tutte le limitazioni del sistema. Questo prodotto è consigliato per l'uso solo a chirurghi che hanno familiarità con le tecniche pre-operatorie e operatorie, le avvertenze e i rischi potenziali associati alla chirurgia spinale. La conoscenza delle procedure chirurgiche, la corretta scelta dell'impianto e la sua collocazione, nonché il trattamento del paziente pre-operatorio e post-operatorio sono fattori cruciali per attuare con successo l'intervento chirurgico.

Il sistema di fissaggio mediante viti spinali, ovvero il sistema della gabbia intervertebrale, non deve essere considerato l'unico sostegno della colonna vertebrale. Non ci sono impianti che possano sopportare il carico del peso corporeo senza il supporto delle ossa. Pertanto, nel corso del tempo, i componenti dell'impianto possono piegarsi, compersi, allentarsi o disintegrarsi. Non sempre è possibile ottenere risultati positivi. Nel processo di trattamento sono molto importanti fattori quali le procedure pre-operatorie e operatorie corrette, la conoscenza completa delle tecniche chirurgiche e la corretta scelta delle dimensioni e del tipo di impianto. I pazienti obesi, fumatori e con una storia di abuso di alcol rischiano una fusione non riuscita dopo l'operazione. Inoltre, i pazienti con deboleza muscolare scheletrica o una disfunzione del sistema nervoso non sono candidati adatti alla fusione spinale. Prima, durante o dopo l'intervento chirurgico è necessario effettuare l'imaging a raggi X o CT o altri test diagnostici invasivi per valutare o controllare la posizione degli impianti o l'anatomia del paziente o qualsiasi altra correzione dello stato del paziente o degli impianti.

Per il buon esito dell'intervento chirurgico, è necessario che per il paziente sia eseguita la corretta scelta dei singoli impianti in termini di tipologia, dimensione e design. È essenziale maneggiare correttamente gli impianti e gli strumenti chirurgici. Evitare piegature o sagomature eccessive. Il taglio degli spigoli vivi, le ondulature, i graffi o le tacche possono causare tensioni interne che indebboliscono gli impianti o l'intera struttura. In alcuni casi, al momento dell'impianto, le malattie degenerative possono essere in una fase così avanzata da ridurre notevolmente il ciclo di vita dell'impianto. In questi casi, i dispositivi ortopedici possono essere considerati solo un mezzo per rallentare il progresso o per fornire un sollievo temporaneo.

I test non clinici hanno dimostrato che gli impianti del sistema della gabbia intervertebrale spinale Dynam'X sono utilizzabili in ambiente RM a determinate condizioni. I pazienti con questo dispositivo possono essere tranquillamente visitati con il metodo della RM in presenza delle seguenti condizioni:

- Campo magnetico statico di 1,5 T e 3,0 T
- Il massimo gradiente spaziale del campo magnetico è di 3000 G/cm (30 T/m)
- Il tasso massimo di assorbimento specifico (SAR) medio sul corpo intero registrato dal sistema della RM è 2 W/kg (modalità controllata di primo livello).

Si presume che, nelle condizioni sopra descritte, il sistema della gabbia intervertebrale spinale Dynam'X generi un aumento massimo della temperatura di 5°C dopo 15 minuti di imaging continuo.

Prima della risonanza magnetica, gli addetti dovrebbero essere informati sul modello dell'impianto/impianti Dynam'X e sulla regione anatomica/regioni anatomiche in cui è/sono posto/i.

IMPORTANTE

Tutte le informazioni necessarie circa l'intervento chirurgico, i rischi potenziali, i benefici e gli effetti collaterali dovrebbero essere comunicate al paziente prima dell'intervento chirurgico.

Prima di eseguire l'operazione, è necessario chiedere al paziente l'eventuale esistenza di allergie o qualsiasi altra reazione ai composti chimici utilizzati per produrre gli impianti (in particolare alluminio, titanio, vanadio).

PRIMA DELL'OPERAZIONE

1. L'operazione è destinata solo ai pazienti che soddisfano i criteri descritti nella sezione "Indicazioni".
2. Prima dell'intervento deve essere esaminato lo stato di salute del paziente. Dovrebbero essere eseguiti tutti gli esami diagnostici necessari.
3. Si deve garantire una scorta efficiente ed adeguata di impianti e strumenti chirurgici e questi devono essere disponibili durante l'operazione.
4. Tutti gli impianti, strumenti chirurgici e tutti gli altri componenti devono essere puliti e sterilizzati prima dell'uso. Per tutti gli impianti, strumenti e componenti forniti allo stato sterile, prima di effettuare l'intervento chirurgico è necessario controllare le date di scadenza valide per la sterilizzazione.
5. Gli impianti e gli strumenti devono essere conservati in determinate condizioni, al fine di garantirne la sterilità e la protezione dalla contaminazione o corrosione.
6. Si consiglia vivamente di far familiarizzare tutti il personale con i componenti meccanici del sistema spinale prima che li utilizzi

DURANTE L'OPERAZIONE

1. In ogni caso è necessario essere particolarmente cauti nelle vicinanze di midollo spinale e delle radici nervose.
2. Ove possibile, o se la situazione lo richiede, per rendere più semplice l'andamento dell'intervento chirurgico, dovrebbe essere usato il sistema di diagnostica intraoperatoria.
3. Prima dell'impianto della gabbia del sistema Dynam'X, devono essere accuratamente preparati i dischi intervertebrali, in modo che non sia indebolito l'osso corticale e per evitare un abbassamento dell'impianto.
4. La rottura, la curvatura, i graffi, lo spostamento, l'allentamento di parti o l'uso improprio di qualsiasi impianto o strumento durante l'intervento chirurgico può causare lesioni al personale di sala O al paziente.
5. Durante l'intervento chirurgico in questione, è molto importante seguire la procedura operativa corretta. L'uso corretto di tutti gli strumenti chirurgici e impianti permette il corretto svolgimento dell'intervento chirurgico.
6. Prima di chiudere il tessuto molle, dovrebbe essere eseguito un doppio controllo del posizionamento di tutti gli impianti e delle possibili regolazioni relative e del fissaggio, serraggio o posizionamento saldo di tutte le viti, dadi o altri elementi di fissaggio. In questa fase, si consiglia vivamente l'uso di dispositivi diagnostici di imaging.

DOPO L'OPERAZIONE

Le istruzioni e avvertenze comunicate al paziente dal medico e l'adeguato comportamento del paziente in conformità con tali istruzioni e avvertenze post-operatorie sono della massima importanza.

1. Il paziente deve ricevere istruzioni dettagliate sulle modalità d'uso del dispositivo e sulle sue limitazioni.
2. Il paziente deve essere avvertito che dovrebbe evitare di cadere o eseguire movimenti improvvisi "a scatti" nella regione spinale.
3. Il paziente deve essere informato di questa possibilità e istruito sulle limitazioni delle attività fisiche, in particolare movimenti che richiedono il sollevamento di carichi o movimenti rotatori e qualsiasi attività sportiva. Al paziente deve essere sconsigliato il consumo di tabacco, il fumo e l'uso di prodotti contenenti nicotina, nonché il consumo di alcol e l'uso di farmaci antiinfiammatori o non steroidei, ad es. l'aspirina, durante il processo di guarigione dopo l'inserimento di innesti ossei.
4. Come misura precauzionale prima che i pazienti con impianti subiscano ulteriori interventi chirurgici (ad es. odontoiatrici), può essere preso in considerazione il trattamento profilattico con antibiotici, in particolare in pazienti ad alto rischio.
5. I dispositivi restituiti non devono trattati in modo tale che il loro riutilizzo in un altro intervento chirurgico non sia possibile. Così come nel caso degli impianti ortopedici, i componenti del sistema spinale Dynam'X non vanno in nessun caso riutilizzati.

CONTENUTO DELLE CONFEZIONI

Il sistema spinale Dynam'X è consegnato in stato sterile. Ogni componente dell'impianto deve essere conservato nella sua confezione originale. Tutti i prodotti devono essere maneggiati con cura e cautela. L'uso o il maneggio improprio del dispositivo può causare danni o provocarne il malfunzionamento.

Il dispositivo dovrebbe essere sottoposto a doppio controllo dello stato della sterilità e della data di scadenza prima dell'uso.

ATTENZIONE

Non utilizzare dopo la data di scadenza.
Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato.

RILAVORAZIONE DEGLI STRUMENTI

Solo gli strumenti originali forniti dalla società Syntropiq devono essere utilizzati durante la procedura di impianto. Prima di ogni intervento chirurgico, tutti gli strumenti devono essere sottoposti alla rilavorazione descritta nella sezione "Istruzioni per l'uso degli strumenti Syntropiq" o essere puliti con metodi ospedalieri collaudati prima della sterilizzazione e dell'introduzione in un campo chirurgico sterile.

CONSERVAZIONE

I componenti del sistema spinale Dynam'X dovrebbero essere completamente asciutti prima della conservazione e vanno maneggiati con estrema cautela per evitare danni. Conservarli sui supporti appositi e in luoghi che forniscono protezione da polvere, insetti, vapori chimici e sbalzi estremi di temperatura e umidità.

Le parti sterili devono essere conservate nella confezione originale e protette da eventuali danni. Durante la conservazione, osservare i seguenti parametri: umidità relativa tra il 20% e il 50%, temperatura compresa tra 10°C e 35°C.

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO

Gli impianti del sistema Dynam'X sono progettati per rimanere nel corpo del paziente per tutta la vita. Prima di decidere di rimuovere il dispositivo, il medico curante deve tener conto di fattori quali i rischi per il paziente relativi ad un altro intervento chirurgico e la difficoltà di effettuare tale rimozione. Se, tuttavia, per motivi di salute o per altri motivi, è richiesta la rimozione del dispositivo, tale rimozione e lo smaltimento del dispositivo devono essere effettuati in conformità con le direttive e i protocolli in vigore nella struttura medica locale.

La procedura di rimozione dell'impianto può essere eseguita utilizzando il portaimpianto o tramite uno strumento universale per rimuovere gli impianti girandoli in senso orario verso l'impianto. Lo strumento universale di rimozione dell'impianto è disponibile su richiesta speciale. Si prega di contattare il servizio clienti Syntropiq prima dell'operazione di revisione. Fare attenzione a evitare di spingere l'impianto in avanti. Se necessario, può essere utilizzato un impattore con martelletto o mazzuola scanalata per rimuovere l'impianto in combinazione con il portaimpianto o lo strumento di rimozione. Per usarlo, applicare forza sull'impattore con il martelletto rivolto verso l'alto. Ripetere fino a quando l'impianto non viene rimosso dallo spazio del disco intervertebrale.

Osteostom può essere utilizzato nel punto di contatto tra l'impianto e i dischi finali per dividere la struttura. Si consiglia l'uso della distrazione per consentire un accesso più facile al punto di contatto tra impianto e disco finale.

IMPORTANTE

Così come nel caso di tutti gli impianti ortopedici, i componenti del sistema spinale Dynam'X non vanno in nessun caso riciclati e riutilizzati.

GARANZIA DEL PRODOTTO E RECLAMI

Per ogni prodotto spinale della società Syntropiq è concessa una garanzia per i difetti del materiale e della produzione, a condizione che sia usato correttamente e per lo scopo previsto. Qualsiasi impianto o strumento chirurgico fornito dalla società Syntropiq per il quale verrà dimostrato un difetto sarà sostituito o riparato a spese della società stessa.

Qualsiasi cliente o utilizzatore che ha motivi validi per sporgere una lamentela o un reclamo o che non è soddisfatto della qualità, della durata o dell'affidabilità dei prodotti dovrebbe informare l'azienda Syntropiq o un suo distributore ufficiale. Al momento della presentazione di un reclamo, si prega di fornire il nome/i nomi del/dei componente/i, il numero della parte, il numero/i numeri di lotto/dei lotti, il proprio nome, cognome e indirizzo e una descrizione del reclamo. Si prega di inviare il messaggio direttamente alla società Syntropiq o ad un suo distributore ufficiale.

SIMBOLI UTILIZZATI

Numero di lotto
Temperatura di conservazione
Numero di catalogo
Tenere lontano dalla luce solare
Produttore
Limitazione dell'umidità
Data di produzione
Materiale
Data di scadenza
Sistema di barriera sterile doppia
Avvertenze
Identificativo unico dei dispositivi medici
Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato
Dispositivo medico
Non riutilizzare
RM compatibile
Non sterilizzare di nuovo
Quantità
Leggere le istruzioni per l'uso
Sterilizzato per irradiazione

SERVIZI AI CLIENTI

Ulteriori informazioni sul sistema spinale Dynam'X o su altri sistemi spinali sono disponibili presso la società Syntropiq. È inoltre possibile contattare il rappresentante di vendita locale della società Syntropiq.

ČEŠTINA

DŮLEŽITÉ INFORMACE K IMPLANTÁTŮM ZE SYSTÉMU INTERNÍ STABILIZACE SPOLEČNOSTI SYNTROPIQ

Implantáty systému Dynam'X jsou prostředky, jejichž primární funkcí je dodat štěpu pevnou konstrukci, a tak umožnit stabilizaci výšky mezi obratli po diskektomii po dobu usazování štěpu a vytvoření maximální plochy fúze. Implantáty jsou dostupné v různých modelech a velikostech odpovídajících operačnímu přístupu, úrovni/úrovním operace, patologických aspektům a individuálním anatomickým dispozicím pacienta. Klec systému Dynam'X by měla být vyplněna kostním štěpem na podporu růstu kostí.

ÚČEL POUŽITÍ A SKUPINY PACIENTŮ

Systém Dynam'X se indikuje pro výkony meziobratlové fúze u pacientů s ukončeným vývojem kostry, kteří absolvovali šest měsíců neoperační léčby. Konečné rozhodnutí ohledně použití spinálního systému Dynam'X by mělo být vždy na zkušeném chirurgovi s rozsáhlými znalostmi spinální chirurgie. Zamýšleným účelem použití je obnovit příslušnou výšku mezi meziobratlovými ploténkami, poskytnout strukturální podporu při zatížení během procesu hojení a podpořit proces fúze. Klece Dynam'X jsou doplňkové implantáty posteriorních nebo anteriorních nebo laterálních fixačních systémů, které by NEMĚLY být používány samostatně.

POPIS

Spinální systém Dynam'X je určen pro spinální artrodézu. Sestává z klecí různých velikostí a tvarů. Hlavní konstrukce celé řady těchto výrobků je založena na stejném konceptu:

- pevný titanový rám, který drží a přenáší veškeré síly, k jejichž působení dochází v páteři pacienta během jeho činností.
- ostnatá titanová síťka zajišťující přímý kontakt mezi implantátem a koncovými ploténkami obratlů dle biomechaniky kostní fúze na základě Wolfova zákona.

Systém je kompatibilní s následujícími modely meziobratlových prostředků s příslušnými aplikačním přístupy a úrovněmi páteře:

1. Model Aries a související nástroje určené pro distrakci, diskektomii, dimenzování, péchování štěpů a vkládání prostředku Aries během anteriorní cervikální diskektomie a výkonu meziobratlové fúze (ACDF) jsou k dispozici v následujících verzích: 10 plochá, 11 anatomická, 12 plochá dutá, 13 anatomická dutá, 30 plochá trabekulární, 31 anatomická trabekulární
2. Model Perseus a související nástroje určené pro distrakci, diskektomii, dimenzování, péchování štěpů a vkládání prostředku Perseus během posteriorní lumbální meziobratlové fúze (PLIF) jsou k dispozici v následujících verzích: 20 anatomická, 24 dutá, 40 trabekulární
3. Model Taurus a související nástroje určené pro distrakci, diskektomii, dimenzování, péchování štěpů a vkládání prostředku Taurus během transforaminální lumbální meziobratlové fúze (TLIF) jsou k dispozici v následujících verzích: 21 anatomická, 25 dutá, 41 trabekulární
4. Model Andromeda a související nástroje určené pro distrakci, diskektomii, dimenzování, péchování štěpů a vkládání prostředku Andromeda během anteriorní lumbální meziobratlové fúze (ALIF) jsou k dispozici v následujících verzích: 22 anatomická, 26 dutá, 42 trabekulární
5. Model Ursus a související nástroje určené pro distrakci, diskektomii, dimenzování, péchování štěpů a vkládání prostředku Ursus během unilaterální lumbální meziobratlové fúze (ULIF) jsou k dispozici v následujících verzích: 23 anatomická, 27 dutá, 43 trabekulární

Výběr modelu závisí na rozhodnutí lékaře ohledně způsobu, jak bude přistupovat k léčbě onemocnění páteře. Složení implantátů se může lišit v závislosti na anatomických poměrech a rozhodnutí lékaře. Před výběrem vhodných implantátů (včetně správné velikost a modelu) a jejich příslušenství doporučujeme přečíst a analyzovat produktové brožury a operační techniky, aby byla zvolena bezpečná kombinace.

Komponenty spinálního systému Dynam'X se NESMÍ dostat do přímého kontaktu s jakýmikoli jinými spinálními nebo fixačními systémy. Nikdy v rámci jedné struktury NESPOJUJTE titanový implantát s implantátem z nerezové oceli. Jakékoli použití kterýchkoli komponentů spinálního systému Dynam'X s jakýmikoli dalšími systémy nebo systémy od jiných výrobců zbavuje společnost Syntropiq veškeré odpovědnosti.

Žádné komponenty spinálního systému Dynam'X by neměly být nikdy a za žádných okolností opakovaně používány.

MATERIÁLY

Celý systém je vyroben z lékařského titanu nebo titanové slitiny Ti-6Al-4V ELI dle popisu v normách ISO 5832-3 nebo ASTM F3001-14 nebo ASTM F136-13. Společnost Syntropiq zaručuje pouze to, že veškeré prostředky jsou vyrobeny z jednoho z výše uvedených materiálů. Žádné další záruky, ať už výslovně uvedené nebo předpokládané, nejsou poskytovány. Další informace naleznete v doprovodné brožuře tohoto výrobku společnosti Syntropiq.

INDIKACE

Spinální systém Dynam'X je určen pro meziobratlovou fúzi krční, hrudní a bederní páteře u následujících indikací:

1. Degenerativní onemocnění meziobratlových plotének.
2. Spinální stenóza.
3. Spondylolistéza.
4. Revizní operace neúspěšné operace meziobratlových plotének nebo progresivní degenerativní diskopatie.
5. Komprese meziobratlových plotének nebo nervových kořenů v páteři.
6. Pseudoartróza.
7. Nestabilita hybných segmentů.

KONTRAINDIKACE

Kontraindikace jsou mimo jiné tyto:

1. Riziko infekce nebo rozvíjející se infekce, horečky nebo zánětu.
2. Obezita.
3. Těhotenství.
4. Duševní onemocnění.
5. Alergie na kteroukoli chemickou složku (zejména hliník, titan, vanad).
6. Jakýkoli anatomický, zdravotní nebo chirurgický stav, který by předem vyloučil možné nebo zamýšlené výhody zavedení spinálních implantátů.
7. Onemocnění kostí, kloubů nebo vazů, jako je mj. osteopenie, zhoršená kostní absorpce a osteomalacie. Osteoporóza je relativní kontraindikací a před operací se musí pečlivě vyhodnotit.
8. Velikost a tvar implantátů a funkčnost ukotvení nemusí k dosažení očekávaných klinických výsledků postačovat.
9. Kombinování implantátů s implantáty ostatních výrobců nebo s jinými fixačními systémy.
10. Potenciální riziko neočekávané anatomické destrukce, interference s neurologickými, funkčními či jinými deficity.
11. Jakékoli riziko, že pacient nebude ochoten postupovat podle pooperačních pokynů.
12. Jakékoli další zde nepopsané indikace.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY

Možné nežádoucí příhody, k nimž může dojít po operaci páteře s nástroji či bez nich, zahrnují mj. následující situace:

1. Dezintegrace, ohnutí a/nebo zlomení kteréhokoli komponentu systému.
2. Migrace kteréhokoli komponentu systému.
3. Tlak částí komponentů na kůži u pacientů s komponenty nedostatečně pokrytými tkáněmi.
4. Poškození tkání nebo nervů způsobené nesprávnou pozicí a umístěním implantátů nebo nástrojů.
5. Prasklina, deformace nebo poškození tvrdé pleny.
6. Neurologické a/nebo fyziologické dysfunkce jako např. parestezie, radikulopatie, paralýza, hyperestezie nebo jakékoli další stavy související s podáním anestezie při všeobecném chirurgickém výkonu.
7. Infekce.
8. Porucha funkce močového ústrojí.
9. Trvalé, dočasné nebo rozvíjející se sexuální dysfunkce.
10. Pooperační změna zakřivení páteře, změna fyziologického rozsahu pohybu.
11. Pseudoartróza, absence fúze nebo opožděná fúze.
12. Ztráta nebo přerůstání kostní hmoty či jiné kosterní malformace.
13. Trvalé nebo dočasné omezení při provádění každodenních úkonů, nebo neschopnost je provádět vůbec.
14. Změna duševního zdraví.
15. Trvalé, dočasné nebo rozvíjející se respirační potíže.
16. Trvalé, dočasné nebo rozvíjející se zhoršení kardiovaskulárních funkcí nebo kardiovaskulární dysfunkce.
17. Úmrtí.

V některých případech může být zapotřebí podstoupit další operaci/operace za účelem korigování stavu nebo možných nežádoucích příhod.

UPOZORNĚNÍ

Meziobratlová fixace je účinná a bezpečná jen u některých zdravotních stavů charakterizovaných významnou nestabilitou, které vyžadují fúzi podporovanou zdravotnickým prostředkem. Tento prostředek může f